

**1. Grundlegende Aufgaben**

**1.1** Aus einer Stammlösung mit  $\beta_0 = 50 \text{ mg/L}$  soll eine Verdünnungsreihe mit 4 Verdünnungen hergestellt werden. Zusammen sollen die 5 Lösungen den Konzentrationsbereich bis  $50 \text{ mg/L}$  gleichmäßig abdecken. Das benötigte Volumen von jeder Lösung beträgt  $20 \text{ mL}$ . Wie werden die Lösungen hergestellt?

**1.2** Aus einer  $\text{Ca}^{2+}$ -Stammlösung sollen 8 Verdünnungen hergestellt werden. Diese 8 Lösungen sollen den Konzentrationsbereich bis  $\beta(\text{Ca}^{2+}) = 300 \text{ mg/L}$  gleichmäßig abdecken. Das benötigte Volumen von jeder Lösung beträgt  $100 \text{ mL}$ . Die pipettierten Volumina der Stammlösung sollen  $5 \text{ mL}$  oder Vielfache davon sein [WARUM??]. Diese Aufgabe wird auch in einem Lernvideo besprochen: <https://youtu.be/-i3zqbxw2Hs>

- Legen Sie die Gehalte der 8 Verdünnungen fest und bestimmen Sie zusätzlich den Gehalt einer Stammlsg, aus der dann die 8 Verdünnungen hergestellt werden können. Berechnen Sie die einzusetzenden Pipettierolumina für jede Verdünnung.
- Die Stammlösung soll aus Calciumchlorid-Hexahydrat ( $\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ) hergestellt werden. Wie gehen Sie vor, wenn Sie eine kleine Volumenreserve einplanen? (Rechnung + Herstellung).

**1.3 – 1.4 Platz für evtl. folgende neue Aufgaben.**

**1.5** Eine Medikamentenlösung besitzt  $\beta_1(\text{Med}) = 6750 \text{ }\mu\text{g/L}$  und  $\beta_1(\text{NaCl}) = 300 \text{ mg/L}$ . Durch Mischen mit einer Kochsalzlösung mit  $\beta_2(\text{NaCl}) = 20 \text{ g/L}$  sollen  $200 \text{ mL}$  einer Verdünnung mit  $\beta(\text{NaCl}) = 9 \text{ g/L}$  hergestellt werden.

- Welche Volumina der beiden Lösungen sind einzusetzen?
- Wie hoch in die Medikamentenkonzentration in der Verdünnung?

**1.6** Für eine Messung werden  $100 \text{ mL}$  einer Paracetamol-Stammlösung von  $25 \text{ mg/L}$  benötigt. Die Einwaage an Paracetamol soll aus Genauigkeitsgründen zwischen  $100$  und  $300 \text{ mg}$  liegen. Zur Verfügung stehende folgende Volumenmessgeräte: Messkolben:  $50 \text{ mL}$ ,  $100 \text{ mL}$ ,  $250 \text{ mL}$ ,  $500 \text{ mL}$ , Vollpipetten:  $10 \text{ mL}$ ,  $20 \text{ mL}$ ,  $25 \text{ mL}$ ,  $50 \text{ mL}$ . Geben Sie mindestens 3 verschiedene Möglichkeiten an, die gewünschte Lösung herzustellen.

**1.7** Aus einer Kaliumsulfat-Lsg mit  $c(\text{K}_2\text{SO}_4) = 1 \text{ mol/L}$ , sollen mindestens  $200 \text{ mL}$  einer Lösung mit einer Massenkonzentration an Kalium von  $\beta(\text{K}^+) = 150,00 \text{ mg/L}$  hergestellt werden. Wie gehen Sie in der Praxis vor, um die gewünschte Lösung herzustellen? Für die Herstellung sind neben Vollpipetten ( $5 \text{ mL}$ ,  $10 \text{ mL}$ ,  $20 \text{ mL}$ ,  $25 \text{ mL}$ ,  $50 \text{ mL}$ ) und Messkolben ( $10 \text{ mL}$ ,  $50 \text{ mL}$ ,  $100 \text{ mL}$ ,  $200 \text{ mL}$ ,  $250 \text{ mL}$ ,  $500 \text{ mL}$ ,  $1 \text{ L}$ ) auch Kolbenhubpipetten zugelassen.

**1.8** Eine Fructoselösung ( $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ) mit  $c(\text{Fructose}) = 1,5 \text{ mol/L}$  wird 1:50 mit Wasser verdünnt (Verdünnungsfaktor  $F = 0,02$ ). Berechnen Sie den Massenanteil und die Massenkonzentration der verdünnten Lsg., wenn die Dichte der verdünnten Lösung  $\rho = 1,083 \text{ g/mL}$  beträgt. (ähnlich Prüfungsaufg. aus Abschlussprüf. Teil 1 für BL, Sommer 2015).

**1.9** Aus einer Phloroglucin-Stammlösung sollen jeweils  $2000 \text{ }\mu\text{L}$  folgender Verdünnungsstufen hergestellt werden:  $150 \text{ mg/L}$ ,  $175 \text{ mg/L}$ ,  $200 \text{ mg/L}$  und  $225 \text{ mg/L}$ . Hinweis: Die Herstellung soll mit einer Mikroliterpipette mit variabel einstellbarem Volumen erfolgen, d.h. sie kann alle ganzzahligen  $\mu\text{L}$ -Werte im Bereich ( $5 - 1000 \text{ }\mu\text{L}$ ) pipettieren. Diese Aufgabe wird auch in einem Lernvideo besprochen: <https://youtu.be/-i3zqbxw2Hs>

- Welche Massenkonzentration schlagen Sie für die Stammlösung vor und wie werden die Lösungen hergestellt?
- Wie wird das erforderliche Volumen der Stammlösung aus Phloroglucin-Dihydrat,  $M = 162,11 \text{ g/mol}$  hergestellt?

**2. Aufgabenüberschuss (z.B. aus Klassenarbeiten) – weitere Aufgaben u.U. auf online-Version auf laborberufe.de**

**2.1** Aus einer Wirkstofflösung mit  $c(\text{Wirkstoff}) = 5 \text{ mol/L}$  sollen über eine fortgesetzte Verdünnungsreihe  $500 \text{ }\mu\text{L}$  einer Lösung mit  $c(\text{Wirkstoff}) = 25 \text{ }\mu\text{mol/L}$  hergestellt werden. Die zu pipettierenden Volumina sollen nicht kleiner als  $50 \text{ }\mu\text{L}$  sein. Wie gehen Sie vor?

**2.2** Aus einer  $\text{FeCl}_3$ -Stammlösung sollen mit  $20 \text{ mL}$ -Pipetten jeweils  $250 \text{ mL}$  folgender Massenkonzentrationen  $\beta(\text{FeCl}_3)$  hergestellt werden.  $25,5 \text{ mg/L}$ ,  $51 \text{ mg/L}$  und  $76,5 \text{ mg/L}$ .

- a) Welche Massenkonzentration  $\beta(\text{FeCl}_3)$  muss die Stammlösung besitzen und wie werden die einzelnen Lösungen daraus hergestellt?
- b) Wie wird die Stammlösung aus  $\text{FeCl}_3$ -Hexahydrat hergestellt, wenn man einen vernünftigen Überschuss einplant?
- c) Alternativ kann die Stammlösung auch aus einer anderen  $\text{FeCl}_3$ -Lösung mit  $c = 500 \text{ mM}$  hergestellt werden. Wie gehen Sie vor?

**2.3** Aus einer konzentrierten Salzsäure mit  $c(\text{HCl}) = 33\%$  sollen genau  $2000 \text{ mL}$  mit  $c(\text{HCl}) = 1 \text{ mol/L}$  hergestellt werden. Hinweis: Die Dichten der Start- und Ziellösung sind unbekannt und nicht  $1 \text{ kg/L!}$ . Wie wird die Lösung hergestellt?

Lösungen unter [www.laborberufe.de](http://www.laborberufe.de)

## Musterlösungen – ohne Gewähr

Nr. 1.1

Konzentrationen der Verdünnungen: 10 mg/L, 20 mg/L, 30 mg/L, 40 mg/L. Das jeweils benötigte Volumen an Stammlösung kann z.B. mit der Mischungsgleichung berechnet werden:

$$\beta_{\text{Stamm}} \cdot V_{\text{Stamm}} = \beta_{\text{Verdünnung}} \cdot V_{\text{Verdünnung}} \Rightarrow$$

$$V_{\text{Stamm}} = \frac{\beta_{\text{Verdünnung}} \cdot V_{\text{Verdünnung}}}{\beta_{\text{Stamm}}} \Rightarrow$$

$$V_{\text{Stamm}} = \frac{\beta_{\text{Verdünnung}} \cdot 20 \text{ mL}}{50 \frac{\text{mg}}{\text{L}}}$$

Bezeichnung	$\beta$ in mg/L	benötigtes Volumen an Stammlösung in mL	
Stammlösung	50	-	jeweils auffüllen auf 20 mL
Verdünnung 1	40	16	
Verdünnung 2	30	12	
Verdünnung 3	20	8	
Verdünnung 4	10	4	

Nr. 1.2

Zu dieser Aufgabe gibt es auch ein Lernvideo: <https://youtu.be/-i3zqbxw2Hs>

Zuerst legt man die Gehalte der Verdünnungen fest: Da 8 Lösungen hergestellt werden müssen, gilt für die Gehaltsschrittweite:  $300 \text{ mg/L} : 8 = 37,5 \text{ mg/L}$ .

Die dünnste der Verdünnungen besitzt  $\beta = 37,5 \text{ mg/L}$ , sie soll entstehen durch pipettieren von 5 mL Stammlösung und auffüllen auf 100 mL. D.h. die Stammlösung ist  $100/5 = 20$  mal konzentrierter. Gehalt der Stammlösung:  $\beta(\text{Ca}^{2+}) = 20 \cdot 37,5 \text{ mg/L} = 750 \text{ mg/L}$ .

Bezeichnung	$\beta(\text{Ca}^{2+})$ in mg/L	benötigtes Volumen an Stammlösung in mL
Stammlösung	750	z.B. 200 mL oder 250 mL (um daraus alle anderen Verdünnungen herstellen zu können incl. Sicherheitsreserve)
Verdünnung 1	300	40 mL (auf 100 mL auffüllen)
Verdünnung 2	262,5	35 mL (auf 100 mL auffüllen)
Verdünnung 3	225	30 mL (auf 100 mL auffüllen)
Verdünnung 4	187,5	25 mL (auf 100 mL auffüllen)
Verdünnung 5	150	20 mL (auf 100 mL auffüllen)
Verdünnung 6	112,5	15 mL (auf 100 mL auffüllen)
Verdünnung 7	75	10 mL (auf 100 mL auffüllen)
Verdünnung 8	37,5	5 mL (auf 100 mL auffüllen)

### Herstellung von 200 mL Stammlösung:

Berechnung der insgesamt enthaltenen Masse an  $\text{Ca}^{2+}$ :

$$\beta(\text{Ca}^{2+}) = \frac{m(\text{Ca}^{2+})}{V(\text{Lsg})} \Rightarrow m(\text{Ca}^{2+}) = \beta(\text{Ca}^{2+}) \cdot V(\text{Lsg}) = 0,7 \frac{\text{g}}{\text{L}} \cdot 0,2 \text{ L} = 0,14 \text{ g}$$

Daraus kann in die Stoffmenge  $n(\text{Ca}^{2+})$  umgerechnet werden:

$$n(\text{Ca}^{2+}) = \frac{m(\text{Ca}^{2+})}{M(\text{Ca}^{2+})} = \frac{0,14 \text{ g}}{40,078 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} \approx 0,003493188 \text{ mol}$$

Diese Stoffmenge wird auch an  $\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  benötigt, da 1  $\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ -Teilchen genau 1  $\text{Ca}^{2+}$  liefert:

$$n(\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}) \approx 0,003493188 \text{ mol}$$

Umrechnung in die Masse:

$$m(\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}) = n(\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}) \cdot M(\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}) = 0,003493188 \text{ mol} \cdot 219,075 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \approx 0,7653 \text{ g}$$

Diese Masse muss eingewogen und auf ein Gesamtvolumen von 200 mL gelöst werden.

Nr. 1.3

-

Nr. 1.4

-

Nr. 1.5

a) Mischungsgleichung:

$$\beta_1(\text{NaCl}) \cdot V_1 + \beta_2(\text{NaCl}) \cdot V_2 = \beta_M(\text{NaCl}) \cdot V_{\text{gesamt}} \quad . \text{ Mit } V_1 = V_{\text{gesamt}} - V_2 \text{ folgt}$$

$$\beta_1(\text{NaCl}) \cdot (V_{\text{gesamt}} - V_2) + \beta_2(\text{NaCl}) \cdot V_2 = \beta_M(\text{NaCl}) \cdot V_{\text{gesamt}} \quad \text{einsetzen: alle } \beta \text{ in g/L, alle Volumina in mL}$$

$$0,3 \cdot (200 - V_2) + 20 \cdot V_2 = 9 \cdot 200 \Rightarrow 60 - 0,3 V_2 + 20 V_2 = 1800 \Rightarrow 19,7 V_2 = 1740 \Rightarrow V_2 \approx 88,3 \text{ mL}$$

$$V_1 = 200 \text{ mL} - 88,3 \text{ mL} \approx 111,7 \text{ mL}$$

Es werden 111,7 mL der Medikamentenlösung mit 88,3 mL der Kochsalzlösung gemischt. Diese Rechnung vernachlässigt streng genommen allerdings die Volumenkontraktion, diese ist beim Mischen verdünnter wässriger Lösungen jedoch nahezu Null.

b) Berechnung der Medikamentenkonzentration mit der Mischungsgleichung:

Der Gehalt an Medikament ist in einer Lösung  $\beta = 0 \mu\text{g/L}$ , so dass gilt (wie für das Verdünnen mit Wasser):  $\beta_1 V_1 =$

$$\beta_2 V_2$$

$$\Rightarrow 6750 \mu\text{g/L} \cdot 111,7 \text{ mL} = \beta_2 \cdot 200 \text{ mL} \Rightarrow \beta_2 \approx 3770 \mu\text{g/L}$$

Nr. 1.6

Da am Ende  $\beta = 25 \text{ mg/L}$  benötigt wird, es es hilfreich eine Masse einzuwiegen, bei der die Zahlenkombination 25 auftaucht (oder ganzzahlige Vielfache davon oder halbe oder viertel Werte): 25,50,100,250,5000 aber z.B. auch 125. So ergeben sich in der Regel dann glatte Verdünnungsfaktoren wie etwa  $F = 10$ ,  $F = 100$ ,  $F = 20$  o.ä. und nicht krumme Werte wie z.B.  $F = 33,33333$ . Solche krummen Werte führen meist zu krummen Volumina, für die keine Vollpipetten vorhanden sind. BEISPIELE

- Einwaage von 250 mg und lösen auf 500 mL.  $\Rightarrow \beta = 500 \text{ mg/L}$ . Diese Lösung muss noch um den Faktor  $F = 500 \text{ mg/L} : 25 \text{ mg/L} = 20$  verdünnt werden. Von der Lösung können also 5 mL entnommen werden und auf ein Gesamtvolumen von 100 mL verdünnt werden. Es resultiert  $\beta = 25 \text{ mg/L}$ .
- Einwaage von 125 mg und lösen auf 500 mL.  $\Rightarrow \beta = 250 \text{ mg/L}$ . Diese Lösung muss noch um den Faktor  $F = 250 \text{ mg/L} : 25 \text{ mg/L} = 10$  verdünnt werden. Also kann 10 mL der Lösung nehmen und auf 100 mL auffüllen ( $\beta = 500 \text{ mg/L}$ ).
- Einwaage von 125 mg und lösen auf 100 mL.  $\Rightarrow \beta = 1250 \text{ mg/L}$ . Diese Lösung muss noch um den Faktor  $F = 1250 \text{ mg/L} : 25 \text{ mg/L} = 50$  verdünnt werden. Also z.B. 5 mL der Lösung auf 250 mL Gesamtvolumen verdünnen.

Nr. 1.7

Da die Umrechnung von der Stoffmengenkonzentration auf die Massenkonzentration bestimmt ein krummes Ergebnis in mg/L ergibt (Molare Massen sind fast immer krumm), ist ziemlich sicher, dass bei dieser Aufgabe krumme Volumina pipettiert werden müssen. Zwischen der Istkonzentration  $\beta_{\text{ist}}$  und der Wunschkonzentration  $\beta_{\text{soil}} = 150 \text{ mg/L}$  wird also höchstwahrscheinlich kein ganzzahliger Zusammenhang existieren, so dass krumme Verdünnungsfaktoren resultieren, So wird man mit Vollpipetten und Messkolben allein, eine solche Lösung nicht herstellen können.

## Umrechnung in $\beta(K^+)$

$c(K^+) = 2 \text{ mol/L}$  (da 1  $K_2SO_4$ -Teilchen 2  $K^+$  ergibt).

$\beta(K^+) = c(K^+) \cdot M(K^+) \approx 2 \text{ mol/L} \cdot 39,0983 \text{ g/mol} \approx 78,1966 \text{ g/L}$

## Anwendung der Mischungsgleichung

$\beta_1 V_1 = \beta_2 V_2 \Rightarrow 78,1966 \text{ g/L} \cdot V_1 = 0,15 \text{ g/L} \cdot 200 \text{ mL} \Rightarrow V_1 \approx 0,384 \text{ mL} (\hat{=} 384 \mu\text{L})$

Es müssen 384  $\mu\text{L}$  auf 200 mL Gesamtvolumen verdünnt werden.

### Nr. 1.8 Fructoselösung verdünnen

$M(\text{Fruc}) = 180,2 \text{ g/mol}$

$\beta_{\text{Konzentrat}}(\text{Fruc}) = 270,3 \text{ g/L}$

$\beta_{\text{Verdünnung}}(\text{Fruc}) = 5,406 \text{ g/L}$

Mit Umrech.  $w \leftrightarrow \beta$  (auf Tabellenblatt das Kleingedruckte hierzu beachten):  $w_{\text{Verdünnung}}(\text{Fruc}) = 0,00499 = 0,499\%$

### Nr. 1.9

Zu dieser Aufgabe gibt es auch ein Lernvideo: <https://youtu.be/-i3zqbxw2Hs>

Die Verdünnungsstufen unterscheiden sich gerade um 25 mg/L voneinander. Diese Konzentrationsdifferenz muss gerade der Pipettier Volumenschrittweite entsprechen, hier wird z.B. 100  $\mu\text{L}$  gewählt (andere Schrittweiten sind aber auch zulässig)

- Würde man 100  $\mu\text{L}$  Stammlösung pipettieren, müsste die Konzentration z.B. von 0 mg/L auf 25 mg/L steigen.
- Pipettiert man z.B. ein mal mehr als bei der 150 mg/L-Verdünnung, so steigt die Konzentration um 25 mg/L auf 175 mg/L.

Mit der Verdünnungsgleichung kann man nun berechnen:

$$\beta_1 \cdot V_1 = \beta_M \cdot V_M \Rightarrow \beta_1 \cdot 100 \mu\text{L} = 25 \frac{\text{mg}}{\text{L}} \cdot 2000 \mu\text{L} \Rightarrow \beta_1 = 500 \text{ mg/L} \quad \text{Die Stammlsg. muss } \beta = 500 \text{ mg/L} \text{ besitzen.}$$

Einzusetzendes Volumen für die 150 mg/L:

$$\beta_1 \cdot V_1 = \beta_M \cdot V_M \Rightarrow 500 \frac{\text{mg}}{\text{L}} \cdot V_1 = 150 \frac{\text{mg}}{\text{L}} \cdot 2000 \mu\text{L} \Rightarrow V_1 = 600 \mu\text{L}$$

Pipettierschema

Verdünnungsstufe in mg/L	V(Stammlsg.) in $\mu\text{L}$	V(Lösungsmittel) in $\mu\text{L}$
150	600	1400
175	700	1300
200	800	1200
225	900	1100

Es werden 3000  $\mu\text{L}$  Stammlösung benötigt. Mit Sicherheitsreserve z.B. 5000  $\mu\text{L}$ , dies ist auch eine gängige Messkolbengröße. Da die Konzentration 500 Milligramm pro Liter beträgt, werden in diesen 5 mL 2,5 Milligramm benötigt.

## Umrechnung in eine Masse:

Das wasserfreie Phloroglucin hat eine molare Masse von  $M = 162,11 \text{ g/mol} - 2 \cdot 18 \text{ g/mol} \approx 126,11 \text{ g/mol}$ . 2,5 Milligramm entsprechen also einer Stoffmenge von 0,000019824 mol. Es werden also auch 0,00019824 mol Phloroglucin-Dihydrat benötigt. Das sind ca. 3,2 Milligramm. Wenn einem das zu wenig ist, zum präzisen Einwiegen, muss man z.B. die Fünffache Masse auf 25 mL auffüllen, also 16,0 Milligramm ad 25 mL.

### 2.1 fortgesetzte Verdünnung eines Wirkstoffs

Schätzung von n: Da  $F > 1:10$  sein muss (z.B. 1:8), wird n ca. 6 sein,

$$c = F^n \cdot c_0 \Rightarrow F = \sqrt[6]{\frac{25 \mu\text{M}}{5 \cdot 10^6 \mu\text{M}}} \approx 0,130766 \quad F = \frac{V_{\text{vor}}}{V_{\text{nach}}} \Rightarrow V_{\text{vor}} = 0,130766 \cdot 500 \mu\text{L} \approx 65,38 \mu\text{L}$$

6 mal hintereinander 65,38  $\mu\text{L}$  ad 500  $\mu\text{L}$  verdünnen. Nach jedem Schritt gut mischen.

## 2.2 Eisen(III)-Kalibrierlösung

a) Pipettiert man 20 mL, d.h. das kleinste pipettierbare Volumen, in einen 250mL- Messkolben und füllt bis zur Marke auf, so muss sich die Konzentration 25,5 mg/L einstellen. Daraus folgt

$$\beta_1 \cdot V_1 = \beta_2 \cdot V_2 \Rightarrow \beta_1 \cdot 20 \text{ mL} = 25,5 \frac{\text{mg}}{\text{L}} \cdot 250 \text{ mL} \Rightarrow \beta_1 = 318,75 \frac{\text{mg}}{\text{L}} \quad (\text{Gehalt der Stammlsg.}).$$

**25,5 mg/L:** 20 mL Stammlsg. ad 250 mL. **51 mg/L:** 40 mL Stamm ad 250 mL. **76,5 mg/L:** 60 mL Stamm ad 250 mL.

b) z.B. 150 mL Stammlösung herstellen.

In 150 mL Stamm enthalten: 47,8125 mg  $\text{FeCl}_3$ . Das sind  $2,947749 \cdot 10^{-4}$  mol. Dieselbe Stoffmenge wird auch von  $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  ( $M = 270,3 \text{ g/mol}$ ) benötigt. Das sind 0,079677 g. Herstellung: 79,7 mg  $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  ad 150 mL lösen (für 200 mL Lsg.: 106,2 mg)

$$\text{c) } c(\text{FeCl}_3) = \frac{\beta}{M} = \frac{318,75 \frac{\text{mg}}{\text{L}}}{162,2 \frac{\text{mg}}{\text{mmol}}} \approx 1,965 \text{ mM}; \quad c_1 \cdot V_1 = c_2 \cdot V_2 \Rightarrow 500 \text{ mM} \cdot V_1 = 1,965 \text{ mM} \cdot 150 \text{ mL} \Rightarrow V_1 = 0,5895 \text{ mL}$$

589,5  $\mu\text{L}$  mit  $\text{H}_2\text{O}$  auf 150 mL verdünnen. (für 200 mL: 786  $\mu\text{L}$ )

## 2.3 Konzentrierte Salzsäure

Denken Sie daran, dass man in Messkolben auch etwas einwiegen kann, indem man ihn auf die Waage stellt.

Lösungsschritte:

1. Man kann ausrechnen, wie viel mol HCl in 2 Liter der Ziellösung enthalten sind müssen. Das kann man dann mit der molaren Masse von HCl in eine Masse umformen.
2. Es handelt sich um die Masse HCl, die in der Ziellösung gelöst ist.
3. Hätte man reines HCl zur Verfügung würde man diese Masse direkt in den Messkolben einwiegen. Unsere Ausgangslösung ist aber 33%ig, d.h. nur ca. 1/3 der Masse entfällt auf HCl. Entsprechend muss man mehr einwiegen.

Ergebnis: Ca. 221,00 g der Salzsäure in einen 2-L-Messkolben einwiegen (*in den schon etwas Wasser vorgelegt wurde, denn „Nicht das Wasser in die Säure, sonst geschieht das Ungeheure“*) und dann bis zur Marke mit  $\text{H}_2\text{O}$  verdünnen.